



Bucaramanga, marzo 28de 2012

**SEÑORES
SOLUMED INGENIERIA LTDA
L.C**

REF. Respuesta a Observaciones del Pliego de Condiciones Invitación Pública 029 de 2.012:

En relación a las observaciones presentadas en plazo fijado en el cronograma del proceso de la referencia nos permitimos dar respuesta de la siguiente manera:

Respecto a la su solicitud de aceptar acreditar la Capacidad de Contratación como PROVEEDOR, la ESE HLP ha considerado admisible su observación y será modificado tal aspecto mediante adenda a los pliegos.

En consideración a su observación a lo consignado en la nota de la Carta de presentación de la propuesta, cabe señalar que ésta debe estar avalada por Ingeniero Biomédico, ingeniero electrónico o ingeniero Mecánico, con Matricula Profesional Vigente cuando quien firma la oferta no ostente tales condiciones, tal como se exige en el literal k del Numeral 2.4 de los Pliegos de condiciones. Los datos consignados en el formato No 1 son de naturaleza explicativa y deberá ser adaptado al proceso particular. No obstante, para dar claridad sobre el asunto, será modificado mediante adenda a los pliegos.

Atentamente

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA



Bucaramanga, marzo 28 de 2012

SEÑORES
OSCAR GUSTAVO GOMEZ
L.C

REF. Respuesta a Observaciones del Pliego de Condiciones Invitación Pública 029 de 2.012:

En relación a las observaciones presentadas en plazo fijado en el cronograma del proceso de la referencia nos permitimos dar respuesta de la siguiente manera:

1. Se trata de un equipo telecomandado con las siguientes especificaciones:
Equipo de RX marca: GTR, de uso general, alta frecuencia 3,5 KW, 400 mA/125 KV, consola APR, columna piso techo, bucky de pared y mesa flotante de cuatro vías todos con frenos electromagnéticos puntos focales 1.2 mm, colmador manual, cables alta tensión de 5m.
2. La instalación se realizará en un primer piso, se debe hacer modificaciones en puertas para poder maniobrar el equipo y sacarlo de donde se encuentre instalado.
El equipo en la actualidad se encuentra instalado en el HLP ubicado en la Cra 5 No. 5 – 59 y se trasladara a la Sede de Adulto Mayor en la Calle 6 No. 6 -72 del municipio de Piedecuesta.
3. Se debe realizar la desinstalación del equipo con su respectivo tablero de control, transformador, mesa, bucky y su respectiva instalación de ducteria y canaleta donde corresponda.

El punto de acometida eléctrica es suministrado por el HLP.

4. En el presente proceso no se solicita manifestación de interés ni existe sorteo de oferentes.
5. Para dar claridad en la acreditación de experiencia del proponente se solicitará de la siguiente manera:



“El proponente debe acreditar experiencia aportando **mínimo UN** contrato cuyo objeto o alcance contenga la Plomada de Cuartos de Rayos X, en el cual acredite que el valor correspondiente a la Plomada de Cuartos de Rayos X sea igual o superior al presupuesto oficial”

6. Las cantidades de obra y actividades se encuentran en el cuadro del numeral 1.2.

Las paredes del cuarto que sean plomadas se deben entregar totalmente terminado en drywall y pintura epoxica color blanco.

7. Se acepta la observación y se dispondrá:

“Para acreditar dicha experiencia el proponente debe adjuntar certificación de la entidad contratante y/o copia íntegra del contrato junto con el acta de Liquidación debidamente suscrita entre las partes”.

Atentamente

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA



Bucaramanga, marzo 28 de 2012

**SEÑOR
LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ
L.C**

REF. Respuesta a Observaciones del Pliego de Condiciones Invitación Pública 029 de 2.012:

En relación a las observaciones presentadas en plazo fijado en el cronograma del proceso de la referencia nos permitimos dar respuesta de la siguiente manera:

1. Especificaciones técnicas

Se trata de un equipo telecomandado con las siguientes especificaciones: Equipo de RX marca: GTR, de uso general, alta frecuencia 3,5 KW, 400 mA/125 KV, consola APR, columna piso techo, bucky de pared y mesa flotante de cuatro vías todos con frenos electromagnéticos puntos focales 1.2 mm, colmador manual, cables alta tensión de 5m.

Las cantidades de obra y actividades se encuentran en el cuadro del numeral 1.2.

Las paredes del cuarto que sean plomadas se deben entregar totalmente terminado en drywall y pintura epoxica color blanco.

De requerirse mayor información, el proponente interesado podrá realizar vista al lugar de la obra, donde se le atenderán las inquietudes el día 30 de marzo de 2012 del 8:00 am – 12:00m

2. La entidad considera viable la ampliación del término para presentar propuestas con el fin de dar oportunidad a los interesados de conocer los aspectos modificados en los pliegos de condiciones y adaptar sus propuestas al mismo. Por tal razón se acepta la observación y se modificará el cronograma del proceso mediante la respectiva adenda.

Atentamente

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA